Описание объекта закупки

Цемент пломбировочный стеклоиономерный химического отверждения «СТИОН-Х-Р» по ТУ 9391-009-10611791-97

Спецификация:

<table>
<tr><th>Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)</th><th>Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)</th><th colspan="3">Характеристики товара (работ, услуг)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Цемент стоматологический стеклоиономерный</td><td rowspan="11">Код ОКПД-2

21.20.24.180

Код позиции КТРУ

32.50.50.190-00001392

Описание:
"Нестерильное вещество, предназначенное для профессионального использования в качестве стоматологического цемента (например, пломбирующего вещества, лайнера, базы) и/или непосредственно стоматологического реставрационного материала; отверждение осуществляется за счет реакции между порошком алюмосиликатного стекла и водным раствором полиалкеновой кислоты. Как правило, включает некоторые дополнительные филлеры. После применения изделие нельзя использовать повторно."</td><td>Наименование показателей</td><td colspan="2">Значение показателя</td></tr>
<tr><td>Назначение</td><td colspan="2">Предназначен для использования в качестве подкладочного и восстановительного цемента при пломбировании.</td></tr>
<tr><td>Описание</td><td colspan="2">Выпускается в виде комплекта порошок-жидкость. В комплекте кондиционер для улучшения адгезии. Цемент обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, механической прочностью, рентгеноконтрастностью, стойкостью к кислотной эрозии, обладает химической адгезией к дентину и эмали, предупреждает развитие вторичного кариеса за счет пролонгированного выделения ионов фтора. Применяется для пломбирования и реставрации полостей III и V классов. Используется в детской стоматологии, также используется для фиксации.
Соответствует требованиям ГОСТ 31578-2012.</td></tr>
<tr><td>Форма выпуска</td><td colspan="2">Порошок: банка – не менее 10 г.;
Жидкость для отверждения (флакон-капельница) – не менее 5 мл.;
Жидкость для очистки (флакон-капельница) – не менее 5 мл.;
Инструкция по применению – не менее 1 шт.;
Ложка мерник – не менее 1 шт.;
Блок для смешивания – не менее 1 шт.</td></tr>
<tr><td>Цвет порошка</td><td colspan="2">Белый, A1, A2, A3, A4, B2, B3, C2, C4 по шкале VITA</td></tr>
<tr><td>Состав</td><td colspan="2">Порошок: тонкодисперсное кальций-стронций-алюмофторсиликатное стекло
Жидкость: модифицированный раствор полиакриловой кислоты.
Кондиционер: 10% раствор полиакриловой кислоты</td></tr>
<tr><td>Температура замешивания</td><td colspan="2">18-23 С</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Рабочие параметры</td><td>Пропорция замешивания цемента</td><td>2,7-2,8:1</td></tr>
<tr><td>Рабочее время при соблюдении температуры замешивания, мин.</td><td>2-2,5</td></tr>
<tr><td>Время твердения цемента, мин.</td><td>5-6</td></tr>
<tr><td>Область применения</td><td colspan="2">Стоматология</td></tr>
<tr><td>Единица измерения</td><td colspan="2">Шт*</td></tr>
</table>

***1 Шт = 1 уп = 1 комплект**