



## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИТ", ООО "ЦЕЛИТ"  
зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области 16.08.2007 ОГРН: 1033600022720, место нахождения: 394002, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА ДИМИТРОВА, 124И

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЛАЖКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ

**заявляет, что** Головки эластичные стоматологические по ТУ 9433-040-10614163-2015, Головки эластичные стоматологические по ТУ 9433-040-10614163-2015, код ОКПД2: 32.50.13.190, код ТН ВЭД: 9018499000

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: 9433-040-10614163-2015, номер: Технические условия от 28.12.2015; Регистрационное удостоверение, номер: ФСР 2010/08181 от 08.09.2016

Серийный выпуск,

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИТ", место нахождения: 394002, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА ДИМИТРОВА, 124И,

**Соответствует требованиям:** ГОСТ 31214-2016, Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность; ГОСТ ISO 10993-1-2011, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования; ГОСТ ISO 10993-5-2011, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ ISO 10993-12-2015, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы; ГОСТ Р 52770-2016, Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** 1306 выдан 25.09.2019 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Токсиколог" ООО "Национальный научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий"" РОСС RU.0001.21ИМ55; схема декларирования: 1д

**Дата принятия декларации** 04.10.2019

**Декларация о соответствии действительна до** 06.10.2022

М.П.

  
(подпись)

БЛАЖКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ

инициалы, фамилия

**Сведения о регистрации декларации о соответствии**

**Регистрационный номер декларации о соответствии** РОСС RU Д-RU.PA01.B.49577/19

**Дата регистрации** 04.10.2019

