



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИТ", ООО "ЦЕЛИТ" зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области 16.08.2007 ОГРН: 1033600022720, место нахождения: 394002, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА ДИМИТРОВА, 124И

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БЛАЖКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, устав б/н от 10.12.2009

заявляет, что α госк Гипс зуботехнический высокопрочный ЗВГ-01 «Супергипс -Ц» по ТУ 9391-003-10614163-97, α госк Гипс зуботехнический высокопрочный ЗВГ-01 «Супергипс -Ц» по ТУ 9391-003-10614163-97, код ОКПД2: 20.59.52.120, код ТН ВЭД: 2520100000

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия, номер: 9391-003-10614163-97 от 01.07.1997; Регистрационного удостоверения, номер: ФСР 2008/02778 от 14.08.2013

Серийный выпуск,

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИТ", место нахождения: 394002, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА ДИМИТРОВА, 124И,

Соответствует требованиям: ГОСТ 31214-2016, Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность; ГОСТ ISO 10993-1-2011, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования; ГОСТ ISO 10993-5-2011, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro; ГОСТ ISO 10993-10-2011, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ ISO 10993-10-2011, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия; ГОСТ ISO 10993-12-2015, Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы;

Декларация о соответствии принята на основании протокола 43506 выдан 30.09.2019 испытательной лабораторией "Лабораторным центром Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра»"; схема декларирования: 1д

Дата принятия декларации

04.10.2019

Декларация о соответствии действительна до

03.10.2022



М.П.

(подпись)

БЛАЖКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA01.B.49282/19

Дата регистрации

04.10.2019